



Universidade Federal do Maranhão – UFMA
Centro de Ciências Exatas e Tecnologia - CCET
Departamento de Engenharia Elétrica
Av. dos Portugueses, nº 1966, Cidade Universitária Dom Delgado
65080-040 - São Luís - MA - Brasil

PARECER TÉCNICO nº 05/2024 DEE

Pregão Eletrônico N° 005/2024

Empesa: SHEILA DIAS TILL 05424707998

CNPJ: 45.254.393.0001-06

ITENS: LOTE 01, Item 04, Item 05 e Item 14

Termo de Referência: 71/2023 (UASG 154041)

LOTE 01/ITEM 04 - Fonte Alimentação Programável

Parecer Técnico: DESFAVORÁVEL

Justificativa: Licitante ofertou produto que NÃO está de acordo com as especificações técnicas exigidas no edital. **O proponente não fornece informações sobre a garantia de 12 (doze) meses em território nacional.** Produto ofertado: Marca: HANTEK, Modelo: HDP 4324, Garantia: Não há informações sobre garantia.

LOTE 01/ITEM 05 - Gerador Forma De Onda

Parecer Técnico: DESFAVORÁVEL

Justificativa: Licitante ofertou produto que NÃO está de acordo com as especificações técnicas exigidas no edital. No catálogo do fabricante obtido no link: <https://www.hantek.com/uploadpic/hantek/files/20230915/Hantek%20Catalogue%20202320230915091229.pdf>, página 11, contém a informação “Frequency Counter - > Frequency range -> 1uHz-80MHz, enquanto no edital é solicitado “(...) contador de frequência de 200MHz”. **O item proposto não apresenta informação sobre compatibilidade com o**



Universidade Federal do Maranhão – UFMA
Centro de Ciências Exatas e Tecnologia - CCET
Departamento de Engenharia Elétrica
Av. dos Portugueses, nº 1966, Cidade Universitária Dom Delgado
65080-040 - São Luís - MA - Brasil

software ArbExpress. No manual do produto ofertado, aparece a seguinte informação “*The user-defined arbitrary waveforms can contain 64 to 2M data points.*”, enquanto no Edital a seguinte característica é requerida “Memória interna não volátil de 64 MBytes para armazenamento de formas de onda arbitrárias”. O proponente não fornece informações sobre a garantia de 12 (doze) meses em território nacional. Produto ofertado: Marca: HANTEK, Modelo: HDG3022B, Garantia: Não há informações sobre garantia.

LOTE 01/ITEM 14 - Osciloscópio Digital 100MHz

Parecer Técnico: DESFAVORÁVEL

Justificativa: Licitante ofertou produto que NÃO está de acordo com as especificações técnicas exigidas no edital. O produto ofertado possui tela de 10.1 polegadas (10.1 inch multi-touch capacitive screen), enquanto no edital é solicitado “Display Colorido 12,1”. O proponente não fornece informações sobre a garantia de 12 (doze) meses em território nacional.. Produto ofertado: OSCILOSCOPIO DIGITAL 100MHZ, 4 CANAIS, Marca: HANTEK, Modelo: DPO07104E, GARANTIA: Não há informações sobre garantia.

São Luís – MA, 04 de março de 2024.

Parecer técnico emitido por:

Prof. Dr. Denivaldo Cicero Pavão Lopes
Matrícula SIAPE: 1651797