



PARECER TÉCNICO DO PREGÃO Nº 31/2023

Empresa: Betaquimica Equipamentos para Laboratório LTDA

CNPJ: 48.706.431/0001-02

Itens: 7 e 8

Item 7 – CAPELA DE EXAUSTÃO

Parecer técnico: Desfavorável

Justificativa: Não foram constatadas as devidas certificações quanto do INMETRO ou órgão competente. Assim como, não apresenta sistema de alarme e sistema de segurança de aquecimento.

Item 8 – CHUVEIRO E LAVA-OLHOS

Parecer técnico: Desfavorável

Justificativa: Não foram constatadas as devidas certificações quanto do INMETRO ou órgão competente. Além disso, não é fabricado em material aço inoxidável, tampouco acabamento e pintura eletrostática em epóxi. Ademais, a Cuba do Lava Olhos não é fabricada em INOX