



PARECER TÉCNICO DO PREGÃO Nº 31/2023

Empresa: V.S. COSTA & CIA LTDA

CNPJ: 05286960/0001-83

Item: 13

Item 13 - ESTUFA LABORATÓRIO 630L

Parecer técnico: Desfavorável

Justificativa: Não foram atendidas as especificações do edital em relação ao painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água, segurança com sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico e proteção disjuntor bipolar.