



PARECER TÉCNICO DO PREGÃO Nº 31/2023

Empresa: AMR SOLUÇÕES LABORATORIAIS LTDA

CNPJ: 30.479.645/0001-10

Itens: 5 e 11

Item 5 – BLOCO DIGESTOR

Parecer técnico: Desfavorável

Justificativa: Não foram constatadas as devidas certificações quanto do INMETRO ou órgão competente. Assim como, não apresenta sistema de alarme e sistema de segurança de aquecimento.

Item 11 – DESTILADOR DE NITROGÊNIO

Parecer técnico: Desfavorável

Justificativa: Não foram constatadas as devidas certificações quanto do INMETRO ou órgão competente. Somente o controlador do equipamento é certificado pelo Inmetro, e não todas as funcionalidades do equipamento. Falta do Manual de Instruções com Termo de Garantia.