



**PARECER TÉCNICO DO PREGÃO Nº 31/2023**

**Empresa:** AMR SOLUÇÕES LABORATORIAIS LTDA

**CNPJ:** 30.479.645/0001-10

**Itens:** 15

**Item 15 - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ**

**Parecer técnico:** Desfavorável

**Justificativa:** Não foram constatadas as devidas certificações quanto do INMETRO ou órgão competente quanto ao funcionamento do equipamento. Características como alcance divergentes do edital.