



Universidade Federal do Maranhão – UFMA  
Centro de Ciências Exatas e Tecnologia - CCET  
Departamento de Engenharia Elétrica  
Av. dos Portugueses, nº 1966, Cidade Universitária Dom Delgado  
65080-040 - São Luís - MA - Brasil

## PARECER TÉCNICO nº 06/2024 DEE

### Pregão Eletrônico N° 005/2024

**Empresa: ARIANE MENDES ROCHA 06147679546**

**CNPJ: 48.199.956/0001**

**ITENS: LOTE 02, Item 03, Item 10, Item 11, Item 13**

**Termo de Referência: 71/2023 (UASG 154041)**

#### **LOTE 02/ITEM 03 - Estação Solda**

**Parecer Técnico: FAVORÁVEL**

**Justificativa:** Licitante ofertou produto que está de acordo com as especificações técnicas exigidas no edital. Produto ofertado: Marca: YAXUN, Modelo: Yaxun 902, Garantia: 12 meses

#### **LOTE 02/ITEM 10 - LUMINÁRIA ARTICULÁVEL DE MESA/BANCADA COM LUPA**

**Parecer Técnico: DESFAVORÁVEL**

**Justificativa:** O licitante apresentou produto que NÃO atendeu ao solicitado no edital. Há uma ambiguidade na descrição da luminária a ser fornecida, pois na proposta apresenta o modelo RING LIGHT, enquanto no arquivo "FOLDERS.pdf" apresenta o modelo RING LIGHT e o modelo TM2323 da marca TEEM. Além disso, a ampliação descrita é "Ampliação da Lupa: 5x", enquanto no edital é solicitado "Lupa com aumento de mínimo de 10 vezes.". Produto ofertado: RING LIGHT, modelo: Luminária LED e TM2323 da marca TEEM.



Universidade Federal do Maranhão – UFMA  
Centro de Ciências Exatas e Tecnologia - CCET  
Departamento de Engenharia Elétrica  
Av. dos Portugueses, nº 1966, Cidade Universitária Dom Delgado  
65080-040 - São Luís - MA - Brasil

### LOTE 02/ITEM 11 - MANTA ANTIESTÁTICA

**Parecer Técnico: DESFAVORÁVEL**

**Justificativa:** O licitante apresentou produto que NÃO atendeu ao solicitado no edital. **A cor da manta ofertada é “Verde”, enquanto no edital é solicitado “Cor: Cinza”.** Produto ofertado: INSOLDER 120x70, MARCA: TINSOLDER - MODELO: 3456.

### LOTE 02/ITEM 13 - MULTÍMETRO DIGITAL

**Parecer Técnico: DESFAVORÁVEL**

**Justificativa:** Licitante ofertou produto cuja descrição de modelo está ambígua, pois na proposta contém MARCA/MODELO: FLUKE CATIII600. Vale ressaltar que CATIII600 não é modelo, mas uma característica de classificação de segurança. O fornecedor anexou arquivo PDF com o “Multímetro Elétrico Fluke 114”. Vale ressaltar que este item está tendo parecer desfavorável devido a existência de ambiguidade na descrição do modelo ofertado “FLUKE CATIII600”. Produto ofertado: Marca: Fluke, Modelo: FLUKE CATIII600.

São Luís – MA, 04 de março de 2024.

Parecer técnico emitido por:

---

Prof. Dr. Denivaldo Cicero Pavão Lopes  
Matrícula SIAPE: 1651797